ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

OFERTA PRZETARGOWA

znak pisma

Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę, instalacje i uruchomienie:

Wyposażenie laboratoriów – Laboratorium badań wytrzymałości

oferujemy realizację zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej, za cenę ofertową brutto:

..... PLN netto + ...% VAT = ... PLN brutto,

słownie brutto złotych .....,

w terminie od 5 września do 20 września 2010 roku.

Na urządzenia stanowiące wyposażenie laboratorium – laboratorium badań wytrzymałości oraz na wszystkie części składowe udzielamy gwarancji na okres[1].....miesięcy licząc od daty odbioru

1 Minimum 12 miesięcy.

końcowego.

Oferowana powyżej cena brutto zawiera koszty transportu, instalacji i uruchomienia u Zamawiającego. Powyższa cena zwiera także koszty związane z dostarczeniem wszystkich pozostałych elementów wymienionych w punkcie 1.2.2. Specyfikacji Technicznej (WYMAGANIA DODATKOWE).

Oświadczamy, że oferowane wyposażenie laboratorium – laboratorium badań wytrzymałości oraz wszystkie części składowe spełniają wszystkie minimalne wymagania zdefiniowane w Specyfikacji Technicznej.

Do dostawy oferujemy urządzenia[2] .....
.....
.....
.....
posiadające poniższe parametry techniczne:

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	Nazwa i wielkość parametru		Wielkość parametru ofreowana[3]
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa o napędzie elektromechanicznym			
Rama obciążeniowa			
1.	Zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie	250 kN	
2.	Konstrukcja ramy wytrzymałościowej składająca się z 4 kolumn prowadzących oraz 2 wrzecion napędowych (kulowo-tocznych), gwarantujących bezluzowe prowadzenie i napęd trawersy		
3.	Konfiguracja ramy wytrzymałościowej z 2 przestrzeniami roboczymi: górną i dolną (zakres obciążeń obydwu przestrzeni roboczych 250 kN). Górna przestrzeń z uchwytami mechanicznymi do testów na rozciąganie i ściskanie próbek płaskich i okrągłych, dolna przestrzeń do testów na ściskanie i zginanie z płytami do ściskania i stołem do zginania.		
4.	Regulowana wysokość mocowania dolnej sztywnej trawersy dla ergonomicznego dopasowania wysokości dolnej przestrzeni roboczej		
5.	Wymiary przestrzeni roboczej: – wysokość przynajmniej – szerokość przynajmniej	1600mm 620 mm	
6.	Całkowita wysokość ramy nie wyższa niż	2400mm	
7.	Zakres regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia 0 - 250 kN przynajmniej	Od 0,001 do 600 mm/min	
8.	Rozdzielczość przemieszczenia	min. 0,01 mikrona	

2 Należy podać nazwę, typ, model urządzenia

3 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty. Jeżeli w kolumnie wcześniejszej brak dodatkowego opisu wielkości parametru należy wpisać **spełnia** lub **posiada** odnosząc się do opisu znajdującego się w kolumnie wcześniejszej.

9.	Deklaracja zgodności oraz znak CE		
Cyfrowa elektronika sterująco - pomiarowa			
1.	Podstawowe kanały pomiarowe: droga, czas, siła, wydłużenia		
2.	Przynajmniej 2 wolne kanały z możliwością podłączenia dodatkowego czujnika analogowego (tensometrycznego, indukcyjnego lub napięciowego)		
3.	Możliwość rozbudowy co najmniej o kolejnych 6 fizycznych kanałów pomiarowych zapewniających sterowanie maszyną w zamkniętej pętli regulacji		
4.	Cyfrowe sterowanie napędem		
5.	Regulacja prędkości obciążania w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu zwrotnym od sensorów drogi, siły i wydłużenia		
6.	Regulacja adaptacyjna: automatyczny dobór parametrów sterowania w zależności od właściwości próbki badawczej będącej elementem zamkniętego obwodu regulacji		
7.	Regulacja siły zera: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów		
8.	Wewnętrzna częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych i sterujących	min. 100 kHz	
9.	Częstotliwość synchronicznego przesyłania grup pomiarowych do jednostki komputera przynajmniej	500 Hz	
10.	Automatyczna korekcja punktu zerowego na początku badania		
11.	Bieżąca korekcja sygnałów pomiarowych dla wszystkich kanałów		
12.	Pełna synchronizacja czasowa wszystkich kanałów pomiarowych		
13.	Samoidentyfikacja sensorów pomiarowych (wymóg norm ISO 9000)		
14.	Podłączenie do komputera poprzez zewnętrzne porty komputerowe, np. RS 232, USB, Ethernet		
Głowica pomiarowa siły			
1.	Zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie	250kN	
2.	Klasa dokładności 1 wg ISO 7500-1 w zakresie przynajmniej	od 500 N do 250 kN	
3.	Klasa dokładności 0.5 wg ISO 7500-1 w zakresie przynajmniej	od 2.5 N do 250 kN	
4.	– Mocowanie głowicy na ruchomej trawersie oraz system łączników pozwalający na jej obciążanie zarówno w górnej jak i dolnej przestrzeni roboczej		–
Mechaniczne uchwyty do próbek dla prób rozciągania o maksymalnym obciążeniu 250 kN			
1.	Zestaw wkładek moletowanych do próbek płaskich o grubości	0...64 mm	
2.	Zestaw wkładek moletowanych do próbek okrągłych o średnicy	0...10 mm	
3.	Szerokość. wkładek	75mm, twardość min. 60HRC	
4.	Możliwość symetrycznego mocowania próbki we wkładkach oraz możliwość niesymetrycznego mocowania próbki we wkładkach (niezależne przesuwanie wkładek w poziomie)		
5.	Stopery do centrycznego mocowania próbek płaskich		
6.	Rozstaw pomiędzy uchwytami po zamontowaniu na maszynie wytrzymałościowej oraz skok roboczy trawersy	800 mm	
7.	Mocowanie uchwytów w górnej przestrzeni roboczej maszyny		

Uchwyty do próbek			
1.	Z główką podtaczaną (wg DIN 50125 typ C) oraz z główką gwintowaną (wg DIN 50125 typ B)	Fmaks = 250 kN	
2.	Komplet wkładek dla próbek okrągłych z główką podtaczaną (wg DIN 50125 typ C) o średnicy d0 = 10 mm oraz z główką gwintowaną (wg DIN 50125 typ B) M10		
3.	Mocowanie uchwytów do próbek z główką poprzez system adapterów na uchwytach mechanicznych 250 kN bez konieczności ich demontażu		
4.	System do wstępnego zaciśnięcia wkładek w celu precyzyjnego wycentrowania i zapobiegnięciu odrzutowi przy zerwaniu próbki		
5.	Przesuwna osłona wkładek zapobiegająca ich wypadnięciu przy zerwaniu próbki		
Płyty do ściskania			
1.	Zakres obciążeń	250 kN	
2.	Średnica płyt	120 mm	
3.	Płyta górna mocowana sferycznie poprzez przegub kulisty		
4.	Płyta dolna mocowana sztywno		
5.	Mocowanie płyt do ściskania w dolnej przestrzeni roboczej maszyny wytrzymałościowej		
Przyrząd do zginania 3-punktowego			
1.	Zakres obciążeń	250 kN	
2.	Rozstaw podpór	od 60 do 550 mm	
3.	Podpory dolne, średnica zaokrąglenia	50 mm	
4.	Napora górna, średnica zaokrąglenia	20 mm	
5.	Średnica zaokrąglenia podpór i napory	40 mm	
6.	Szerokość podpór	70 mm	
7.	Mocowanie stołu do zginania w dolnej przestrzeni roboczej maszyny wytrzymałościowej		
Automatyczny ekstensometr mechaniczny do pomiaru wydłużenia, ściskania i zginania bezpośrednio na próbce			
1.	Pomiar wydłużenia powinien odbywać się w sposób zautomatyzowany bez konieczności ręcznego mocowania elementów ekstensometru na próbce		
2.	Zamykanie i otwieranie czujników pomiarowych do próby rozciągania zmotoryzowane, bez konieczności zasilania dodatkowymi mediami, np. sprężonym powietrzem		
3.	Baza pomiarowa wydłużenia osiowego ustawiana płynnie w zakresie	od 10 do 100 mm	
4.	Droga pomiarowa wydłużenia osiowego: przynajmniej 70 mm niezależnie od ustawionej bazy pomiarowej		
5.	Dokładność	klasa 0,5 wg EN ISO 9513	
6.	Rozdzielczość	0,3 mikrona	
7.	Czujniki pomiarowe do próby rozciągania umożliwiające badanie próbek płaskich i okrągłych		
8.	Czujnik pomiarowy do pomiaru lokalnej strzałki ugięcia przy próbie zginania 3-punktowego		
Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim			
1.	Pakiet metod testowych włącznie z testami rozciągania, ściskania, zginania, oddzierania, delaminacji, tarcia, cyklicznymi, pełzaniem, relaksacją, retardacją oraz dowolnymi przebiegami blokowymi. Ponadto:		
	Realizujące graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków bez konieczności zakupu i rozbudowy systemu o dodatkowe moduły oprogramowania oraz zaawansowane sterowanie maszyną poprzez wirtualne kanały		

	przeliczeniowe		
	Możliwość jednoczesnej prezentacji danych w czasie rzeczywistym z co najmniej 5 kanałów pomiarowych		
	Tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika		
	Tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy)		
	Sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestracja temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania		
	Możliwość eksportowania danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Excel) oraz baz danych (np. MS Access)		
	Umożliwiające długoczasową analizę wyników z różnych badań poprzez budowanie kwerend oraz rejestrację wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi		
	Dostępność co najmniej dwóch alternatywnych języków (angielski i niemiecki) z możliwością ich przełączania w czasie rzeczywistym, np. w celu wygenerowania raportu w języku obcym		
	Licencjonowanie oprogramowania na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych		
	Moduł programowy do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie wytrzymałościowej		
	Moduł dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie symulowanych badań na komputerze nie będącym podłączonym do maszyny (np. wykonanie badania zrywania stali podczas wykładu) wraz z możliwością generowania własnych modeli próbek na podstawie przeprowadzonych badań na maszynie wytrzymałościowej		
Zestaw komputerowy			
1.	PC, monitor19`` i program Windows, drukarka kolorowa laserowa oraz oprogramowanie sterujące, rejestrujące i analizujące wyniki pomiarów, stół.		
Dodatki			
1.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzeń	
Młot wahadłowy do badania udarności o energii 450 J			
Młot wahadłowy do badania udarności wg następujących norm: EN 10045-2, ASTM E23, ISO 148-1, ISO 148-2			
1.	Korpus młota z możliwością wyposażenia w narzędzia do przeprowadzenia prób udarności: Charpy, Izod, Brugger		
2.	Wahadło z wymiennymi głowicami wahadła	głowica dla energii 300 J oraz głowica dla energii 450 J	
3.	Hamulec do zatrzymywania wahadła i automatyczne elektryczne podnoszenie wahadła do pozycji startowej		
4.	Wywartościowanie energii w jednostkach układu SI - Joule		
5.	Tarcza analogowa ze wskazówką bierną ze skalą 300 J, 450 J oraz wskazaniem kątowym		
6.	Elektroniczny układ pomiaru pochłoniętej energii z podłączeniem do komputera; elektronika powinna być wyposażona w procedury do weryfikacji młota wg EN 10045-2 oraz ASTM E23 oraz podawanie wartości energii z uwzględnieniem kompensacji tarcia		
7.	Nóż udarowy dla próby Charpyego wg EN 10045 i ISO 148-1		

8.	Nóż udarowy dla próby Charpyego wg ASTM E23		
9.	Podpory do mocowania próbki o wymiarach	55 x 10 x 10 mm	
10.	Szczypce do centrowania próbki podczas układania na podporach (podpory do mocowania próbki powinny znajdować się na ergonomicznej wysokości pomiędzy 50 cm a 75 cm od posadzki)		
11.	Elektryczne zwalnianie wahadła połączone z układem bezpieczeństwa młota		
12.	Fundament betonowy do posadowienia młota bezpośrednio na posadzce bez konieczności przygotowywania własnego fundamentu i wzmacniania posadzki; masa fundamentu przynajmniej 40 razy większa od masy wahadła 450 J (zgodnie z wymogiem konstrukcyjnym norm EN 10045-2 oraz ASTM E23 – proszę o podanie masy oferowanego wahadła oraz masy fundamentu)		
13.	System kotwienia i poziomowania młota na fundamencie wraz z samopoziomującą zaprawą do związania młota z fundamentem (posadowienie młota zgodnie z wymogami normy EN 10045-2 oraz ASTM E23 należy wykonać przez Wykonawcę w trakcie instalacji młota)		
14.	Układ bezpieczeństwa młota: obudowa bezpieczeństwa z zamkami ryglowanymi elektrycznie spełniająca wymogi normy EN 954-1, kategoria 3, zintegrowana z elektroniką sterującą młota		
15.	Deklaracja zgodności oraz znak CE		
16.	Świadectwo sprawdzenia młota spełniające wymagania norm EN 10045-2 oraz ASTM E23 sporządzone po ustawieniu młota przez autoryzowany przez producenta serwis		
	Urządzenie pomiarowe dla udarnościowych prób z karbem		
1.	Automatyczny pomiar geometrii karbu: pomiar próby wg ISO (karby U i V), ASTM E23 (typ A i C), DIN 50115 (próby KLST, DVM i DVMK)		
2.	Pomiar optyczny, bezdotykowy		
3.	Mocowanie próby	dla prób o długości min. 55 mm	
4.	Maksymalny przekrój próby	10 x 10 mm	
5.	Bezpośredni eksport danych do oprogramowania młota do badania udarności		
6.	Interfejsy	dwie kamery USB, Panel LED do wizualizacji geometrii karbu	
7.	System operacyjny	Windows	
	Dodatki		
1.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzeń	
	Zamrażarka do próbek		
1.	Urządzenie chłodzące zakres temperatury pracy	od -50 ºC do +200 ºC	
2.	Nośnik temperatury	etanol	
3.	Objętość łaźni	19 litrów	
4.	Wielkość otwarcia	300 mm x 200 mm	
5.	Użyteczna głębokość	180 mm	
6.	wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość):	400 x 540 x 770 mm	
7.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzenia	

Oprócz powyższych parametrów, oferowane urządzenie spełnia poniższe wymagania dodatkowe:

Lp.	Nazwa	Opis	Opis wymagania oferowanego[4]
1.	Dokumentacja urządzeń i instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i na CD.	Tak	
2.	Cena urządzeń musi zawierać montaż, uruchomienie i szkolenie oraz odbiór maszyny.	Tak	
	Możliwość zabudowy różnych przyrządów mocujących.	Tak	
3.	Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godziny[5]	Tak	
4.	Dwuetapowe szkolenie personelu w zakresie programowania oraz obsługi urządzeń i jej konserwacji (dla min 2 osób).	Tak	
5.	Okres pełnej gwarancji na urządzenia stanowiące wyposażenie laboratorium – laboratorium badań wytrzymałościowych oraz na wszystkie części składowe wyposażenia musi wynosić minimum **12 miesięcy**.	Tak	

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że akceptujemy sposób odbioru urządzeń w oparciu o wykonanie pomiarów detalu odbiorowego wskazanego przez Zamawiającego, które zostaną nam przekazane w terminie 60 dni przed datą uruchomienia urządzeń.

Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Dostawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki:

– …….....

– …….....

– …….....

– …….....

– …….....

4 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty.

5 Czas reakcji serwisu jest to czas jaki upływa od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta do miejsca zainstalowania urządzenia. Dotyczy to sytuacji w której niemożliwe jest usunięcie awarii (usterki) na drodze konsultacji telefonicznych.

– …….....

.....……., dnia …….....

Załącznik nr 3

WZÓR
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY

w dniu ..... roku, w Stalowej Woli

pomiędzy:

.....
.....

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zwanym dalej **DOSTAWCĄ**

a

.....
.....

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM.**

została zawarta umowa, która jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego:

Wyposażenie laboratoriów – Laboratorium badań wytrzymałości

2. Szczegółowy zakres dostawy został określony w ofercie przedstawionej przez Dostawcę nr ..... z dnia ..... . Oferta ta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Dostawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu:

3.1. instrukcję użytkowania przedmiotu umowy w języku polskim,

3.2. atesty i świadectwa dopuszczeń do eksploatacji przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami oraz normami polskimi i europejskimi.

§ 2.

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy wymieniony w §1. niniejszej umowy na własny koszt i ryzyko w terminie od 5 września do 20 września 2010.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy w przypadku gdyby nie odpowiadał jakościowo i ilościowo warunkom określonym w §1 niniejszej umowy.

3. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron po przeprowadzeniu odbioru urządzeń zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ofercie Dostawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę brutto:.....…….....……PLN (słownie: ....). W kwocie tej zostanie uwzględniony podatek VAT w wysokości …….....…….. PLN.

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, po podpisaniu przez obie strony protokółu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …….....……

5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …….....…….

§ 4.

1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad technicznych, a wykonane prace związane z jego montażem i uruchomieniem są zgodne z odpowiednimi instrukcjami i normami techniczno-eksploatacyjnymi.

2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... miesięcy na urządzenia/ maszyny stanowiące wyposażenie laboratorium – laboratorium badań wytrzymałości oraz na wszystkie części składowe, liczonych od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

3. Naprawy gwarancyjne, zgodnie z udzieloną gwarancją, o których mowa w ust. 2 wykonywać będzie autoryzowany serwis Dostawcy.

4. Dostawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu czyli okres czasu jaki upływa od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta do miejsca zainstalowania urządzenia będącego przedmiotem umowy nie będzie dłuższy niż 48 godzin. Dotyczy to sytuacji w której niemożliwe jest usunięcie awarii (usterki) na drodze konsultacji telefonicznych.

5. Dostawca gwarantuje dostawę części zamiennych do dostarczonego przedmiotu umowy przez okres minimum 10 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji.

§ 5.

Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

– ze strony Zamawiającego - …….....

– ze strony Dostawcy - …….....

§ 6.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

2. Dostawca płaci Zamawiającemu kary za:

2.1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 20 września 2010,

2.2. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości umowy.

3. Zamawiający płaci kary za:

3.1. Spowodowanie przerwy w wykonaniu prac instalacyjnych w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

3.2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na termin wcześniejszy, nowy termin dostawy podany § 2 ust. 1 Zamawiający i Dostawca ustalą wspólnie (co wynika z konieczności zakończenia prac remontowo-budowlanych obiektu Inkubatora), nie później jednak niż do dnia 30 lipca 2010 r.

3. Dopuszcza się powstanie odrębnego porozumienia do umowy dotyczącego realizacji i terminu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie programowania, obsługi oraz konserwacji maszyn/urządzeń/aparatury, ujętego w Specyfikacji technicznej przy wymaganiach dodatkowych.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.

3. Do momentu przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokółem końcowym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy i wykonane prace.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	DOSTAWCA
.....	.....
.....	.....

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WUKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „ **Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Wyposażenie laboratoriów – Laboratorium badań wytrzymałości.**" z dnia 23.02.2010 r. ja, niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że: **spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),** który brzmi:

Art. 22.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- **i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),** który brzmi:

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i data .....

Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta .....

.....

Adres oferenta .....

.....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Rodzaj dostawy, Odbiorca	Wartość	Czas realizacji (daty wykonania)

....., dn. .....

.....
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy